

Liste des désinfectants suggérés par l'Ordre en mammographie

Précisions du service d'inspection professionnelle

« Le nettoyage et la désinfection sont essentiels pour éliminer la poussière, la saleté et les matières organiques indésirables. Pour la sécurité de la patiente, il est recommandé de :

- Nettoyer à l'aide d'un désinfectant antifongique et d'un linge à usage unique toutes les surfaces avec lesquelles la peau de la patiente a pu être en contact au cours de l'examen (ex. : plateau de compression, plateau récepteur, appui-tête);
- Nettoyer et désinfecter les surfaces de travail fréquemment touchées au cours de l'examen (ex. : clavier, souris, bouton d'exposition);
- Respecter le temps d'action du produit désinfectant antifongique;

***** S'assurer auprès du fabricant de la compatibilité du produit désinfectant utilisé afin de ne pas nuire à l'intégrité du mammographe, car les désinfectants peuvent être incompatibles avec certaines surfaces. »**

Le produit utilisé doit contenir **un fongicide¹, un bactéricide², un virucide³ et un tuberculocide⁴.**

Les propriétés désinfectantes sont inscrites sur le contenant ou dans les fiches d'information fournies par le fabricant.

Les produits désinfectants peuvent être irritants et corrosifs pour la peau, les yeux, les voies respiratoires et digestives. La gravité des symptômes peut varier selon les conditions d'exposition (ex. : durée de contact, concentration des solutions, mode d'utilisation). Le contact du produit avec la peau et les yeux est donc à éviter.

Les règles de sécurité du produit (ex. : port de gants et masque) et le temps d'action déterminé par le fabricant doivent être respectés.

Le **temps d'action** se définit comme étant la durée nécessaire pour qu'un désinfectant inactive un organisme. Lorsqu'un désinfectant est appliqué sur une surface, il est nécessaire de lui donner le temps de réagir avec les microorganismes afin de pouvoir les combattre. Certains produits désinfectants peuvent laisser des traces. Un rinçage à l'eau peut être effectué une fois le temps d'action écoulé.

Document de référence

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX. *Désinfectants et désinfection en hygiène et salubrité : Principes fondamentaux*, [En ligne], 2009. [publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000859/]

¹ Agent antimicrobien pouvant détruire les champignons y compris leurs spores

² Agent antimicrobien pouvant détruire les cellules végétatives bactériennes

³ Agent antimicrobien pouvant détruire les virus

⁴ Synonyme de mycobactéricide. Agent antimicrobien pouvant détruire les mycobactéries

Liste des désinfectants pour mammographes suggérés par l'Ordre

	Produit	Bactéricide (B)	Fongicide (F)	Virucide (V)	Tuberculocide (T)	Temps d'action	Commentaires
Lingettes désinfectantes	3M	✓	✓	✓	✓	3 minutes	Aussi offert en produit liquide.
	Accel INTERVention	✓	✓	✓	✓	1 minute	Aussi offert en produit liquide.
	Accel PREVention	✓	✓	✓	✓	3 minutes	Aussi offert en produit liquide.
	Accel TB	✓	✓	✓	✓	5 minutes	Aussi offert en produit liquide. Attention, ce produit laisse des traces.
	CaviWipes	✓	✓	✓	✓	3 minutes	✓ Vérifier les propriétés sur le contenant (varient selon le pays de fabrication).
	CaviWipes1	✓	✓	✓	✓	1 minute	
	CaviWipes Bleach	✓	✓	✓	✓	3 minutes	Aucun équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire.
	GermiCide ³	✓	✓	✓	✓	3 minutes	Aussi offert en produit liquide.
	OPT/IM BLUE	✓	✓	✓	✓	3 minutes	
	OPT/IM 33TB	✓	✓	✓	✓	1 minute (B, V, T) ⁵ 3 minutes (F)	Aussi offert en produit liquide. Non irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires.
	Oxivir TB	✓	✓	✓	✓	1 minute (B, V, T) 10 minutes (F)	Aussi offert en produit liquide.
	Ultra Swipes	✓	✓	✓	✓	1 minute	
Produits liquides désinfectants	CaviCide	✓	✓	✓	✓	3 minutes	✓ Vérifier les propriétés sur le contenant (varient selon le pays de fabrication).
	CaviCide1	✓	✓	✓	✓	1 minute	
	E-Fect	✓	✓	✓	✓	3 minutes	E-Fect est élaboré à partir d'huiles essentielles. Parfum de thym frais.
	Gamut Plus	✓	✓	✓	✓	1 minute (B, V, T) 5 minutes (F)	
	GERMI3-X-XXL	✓	✓	✓	✓	3 minutes	
	Germxtra	✓	✓	✓	✓	1 minute	
	Oxivir Plus	✓	✓	✓	✓	5 minutes	Rapport de dilution : 1:40.
	Quat 256	✓	✓	✓	✓	10 minutes	
	Spectrol	✓	✓	✓	✓	10 minutes	
	Wahl	✓	✓	✓	✓	5 minutes	

⁵ B : Bactéricide V : Virucide T : Tuberculocide F : Fongicide

Liste des désinfectants pour mammographes suggérés par l'Ordre

Autres produits désinfectants

Les produits suivants **ne peuvent pas être utilisés en mammographie**, puisqu'ils ne contiennent pas de fongicide, de bactéricide, de virucide et de tuberculocide.

	Produit	Bactéricide (B)	Fongicide (F)	Virucide (V)	Tuberculocide (T)	Temps d'action	Commentaires
Lingettes désinfectantes non conformes	Asepti-Wipe II	✓		✓	✓	5 minutes	
	Sani-Cloth Plus	✓		✓			
	Virox 5	✓		✓		5 minutes	Aussi offert en produit liquide.
Liquides désinfectants non conformes	BM-6400	✓		✓			Désinfection : <ul style="list-style-type: none"> • Rapide : 60 secondes • Plus élaborée : 180 secondes • En profondeur : 10 minutes
	D-GERM 5	✓	✓	✓		10 minutes	Dilution : 8 ml par litre d'eau.
	Generation 5	✓	✓	✓		10 minutes	Dilution : 16 ml par litre d'eau.
	INO eko 9		✓	✓			Aussi germicide.
	License	✓					Dilution : 8 ml par litre d'eau.
	PRESEPT	✓	✓	✓			Comprimés. Sporicide.
	Super Germiphene	✓	✓	✓			Solution désinfectante concentrée.

* Ce document est de nature évolutive. Le contenu de celui-ci est donc appelé à être révisé au besoin.